

● 表一、基層診所醫療照護工作人員於常規醫療及診治 COVID-19 疑似或確定病例之個人防護裝備建議

場所	處置項目	呼吸防護		手套	隔離衣		護目裝備 (A 護目鏡 B 全面罩)	髮帽
		醫用/ 外科 口罩	N95 等級 (含)以上 口罩		一般 隔離衣	防水 隔離衣		
公共區域	入口服務人員、掛號、批價等	V						
常規診療 /治療區	詢問相關主訴、TOCC 及執行一般性接觸病人之醫療照護行為，如生命徵象評估(量體溫、血壓)、診療等	V						
	使用壓舌板進行咽喉部視診	V						
	蒸氣或噴霧吸入治療	V		V		V	V(B)	
	肺功能檢查	V		V		V	V(B)	
	胃鏡	V		V		V	V(A)	
	牙科醫療處置	V		V	V		V(A)	
	非使用高速器械之處置							
疑似/確定病例 分流看診 區/檢查 室	執行具接觸病人血體液、排泄物等風險之醫療照護行為	V		V		V	V(A)	
	一般性接觸病人之醫療照護行為(如：量體溫、血壓、照 X 光)		V	V	V		V(A)	
	執行發藥、更換輸液等未直接接觸病人之醫療照護行為		V	V	V		V(A)	
	接觸病人血液、體液、排泄物等風險之醫療照護行為		V	V		V	V(B)	V
	呼吸道檢體採集(如：咽喉拭子)		V	V		V	V(B)	V
	執行可能產生飛沫微粒(aerosol)的醫療處置		V	V		V	V(B)	V
	環境清潔消毒		V	V		V	V(B)	V

註 1：上表之建議外，可視病人狀況及所需執行之醫療處置等情形，調整個人防護裝備。如：執行肺功能檢查時，若使用拋棄式細菌/病毒過濾器，已降低飛沫傳播之風險，可依實際情況評估是否須穿戴防水隔離衣與護目鏡。

註 2：若無防水隔離衣，建議可使用一般隔離衣外加防水圍裙(或其他具防水性質之衣物)替代。

註 3：執行醫療處置結束後，需立即脫除個人防護裝備並執行手部衛生。